雨量計現地查核APP安裝及操作介紹

APP 安裝

本雨量計現地查核APP目前僅提供Android版本。

出現右圖對話方塊時,請下載APP。一般在您授權同意下可以直接安裝, 如手機沒有啟動自動安裝,請下載"檔案管理員功能的APP"以檢視及開啟檔案。

16:47	🎗 🛜 til 🗩 4 36%	下載 APP
个 ♀ rgiss.com.tw	十 23 : 市維護情況…	瀏覽器, 連往 <u>https://www.rgiss.com.tw</u>
		在畫面最下方, 可下載 APP
▲▲▲ 雨量計現地查相 本 約	亥登録、	
旦 司 提供主管機關、使用單 轄屬測站雨量計現地	位查詢及登錄 查核結果	
© 2021 國立臺灣大學 水工		
正實驗室 電話:(02)3366-2644 地址:10673 台北市大安區4	央山悠158 蛯N25	
臺大水工所	連絡我們 APP 下載(v1.25)	
"Amazon River" by Astro_Alex is I	top 2.0	





APP 登入

18:20 • 🕅 🎕 😤 👘 🗩 75%	輸入帳號(電話)、密碼 即可登入
	APP 會記憶登入狀態
雨量計現地查核APP	
使用說明	*登入帳密請洽 FCD 設備擁有業主
帳號: 0932503336	或洽臺大雨量計校正實驗室(Line ID: nturaclab)聯繫開通帳號。
登入	
🎯 國主書学大学	
水工試驗所	
🔠 😔 CIF 🖹 🌣 🅐 🕶	
$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} y^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$	
asdfghjkl	
☆ z x c v b n m <	
?123 [©] , ⊕ QWERTY . →	



雨量計器差查核 操作步驟







10:43 😭	* *	: 🧙 * I 🗩 50%
<	雨量計現地查核A	PP 🛑
自動檢測 查核件:0 BP16A10 2024/10,	 TA/OW-34-BP(0.5)/ 006/0.5mm /29 10:42:47~10:43:	41
	左杯時距(秒)	右杯時距(秒)
1	2.14	2.44
2	2.24	2.20
3	1.99	2.14
4	2.44	2.20
5	2.74	2.00
6	2.22	2.82
7	2.32	2.40
8	2.16	2.14
9	2.09	1.97
10	2.10	2.29
11	2.34	2.18
12	2.12	2.10
	清除	的計算

蒐集左右傾斗各12斗後,進行誤差計算 ※請配合面對雨量計左斗在上先捕集降 水

10:44 🖷	*	奈 * I 🔳 50%
く 雨量計算	現地查核A	PP 🔵
1	2.14	2.44
2	2.24	2.20
3	1.9	2.0
4	2.3	2.1
5	2.6	1.9
6	2.1	2.7
7	2.2	2.3
8	2.0	2.0
9	2.0	1.9
10	2.0	2.2
11	2.2	2.1
12	2.0	2.0
平均載量	2.1	2.1
左-右載量差:	0.0ml(0.0%	6)
分辨力:	0.5 mm	
唐測器 示雨強:	804.3 mm/	/h
相對哭美:	644 71%	
は見留という	が進せ 観日	
←示· 建議:	校华提醒!! 量測值可能 (器差已不 求),且左 量差超出5 儘速送校準	。 杨合公差要 五斗杯承載水 《合理值;請 。
重測	儲存	, 離開

計算結果呈現左、右傾斗每次翻傾盛裝 量、平均載量(盛裝量)及本次查核所得之 相對器差。結果及建議視業主允收標準 之設定而帶出結果。

可以視需要進行「重測」,本次資料不會 留存;

或「儲存,離開」,本次資料會暫存於手機 端。

雨量計器差結果查詢

21:13 💿 🛤	A 🗟 til 🛙	I 00%	
雨量計	現地查核APP		
	書計明州杏坊		
	自动地旦恢		
	器差檢測	下午2:11 日 •	Ω 11 ▼ 1 4 8 66%
	查核紀錄	く 雨量:	†現地查核APP
測站	或儀器紀錄查詢	2021-11-25	台大校園
in a second		15211	合格!
測站/	雨量計定期維護	2021-11-25	大湖山
	離開	16072	校準提醒!!
	******	2021-11-04	冬山
		14087	注意提醒!!
		2021-11-04	六分寮
		15111	合格!
		2021-11-04	上里
		17073	注意提醒!!
		2021-11-04	大河
		17085	注意提醒!!
		2021-10-13	大湖山
		16072	校準提醒!!
		•	• •

於 "功能主頁" 中點選「查核紀錄」 可以看見本部手機尚未上傳雲端系統之 雨量計查核表列記錄(如左圖);

點選即可進入該次查核細節資料; (下圖)

下午3:12 🖬			00	⊿ 🔒 66%
<	雨量計現	地查核	APP	
FCD	流率: 11 清理	1.00 閏前	清理	里後
1	16.60	17.09	0.00	0.00
2	16.89	17.1/	0.00	0.00
4	16.74 16.89	16.82 16.64	0.00	0.00
7	16.09	16.84	0.00	0.00
8	16.82	17.47	0.00	0.00
9	16.49	18.51	0.00	0.00
10	16.67	16.77	0.00	0.00
1	33.03	32.22	0.00	0.00
2	33.24	32.33	0.00	0.00
平均:	16.74 mr	17.14 m	0.00 m	0.00 m
器示雨強: 相對器差: 建議:	106.3 r -4.2	mm/h 8%	?? m ?1	1m/h ?%
0 T	上傳		刪除	
	(•		

測站/雨量計定期維護



